

経食道エコー検査室改修工事 一式 仕様書（案）

国立研究開発法人国立循環器病研究センター「以下、「甲」という）の経食道エコー検査室改修工事一式について、受託者〇〇〇〇（以下、「乙」という）は、本仕様書に基づき実施するものとする。

1. 整備内容

超音波検査室内の患者の前処置・リカバリースペースとプローブ洗浄スペースのゾーニング整備を行うもの。

2. 対象エリア

病院棟 2 階 臨床検査部 超音波室・リカバリー室

3. 作業期間

契約締結日 ～ 2027 年 3 月 31 日

4. 作業内容（別紙平面図参照）

- ①リカバリー室（2626）のプローブ洗浄用シンクを超音波室 9（2622）へ移設する。
- ②リカバリー室（2626）のプローブ用キャビネットを超音波室 9（2622）へ移設する。
- ③リカバリー室（2626）に手洗い器を設置する。
- ④超音波室 9（2622）に上下水道及び換気設備を設置する。

5. その他

本仕様書に定めのない事項については、甲と乙の双方で協議して決定する。