

仕 様 書

1. 件名 全身麻酔器保守点検 15台1式 請負契約

2. 点検内容

- (1) 外観点検、機器内外の清掃、動作点検、安全点検、定期交換部品の交換と調整、総合点検整備
- (2) 交換部品 フローセンサー、ダイヤフラム等必要な部品
- (3) 作業終了後、作業に関する報告書を財務経理部施設設備係へ提出する。
- (4) その他の事項については、担当職員の指示によるものとする。

3. 点検機器一覧

(機種)	(メーカー)	(台数)	(設置場所)
AISYS CS2	GE ヘルスケア	4台	OR1/OR6/OR10/OR11
Carestation650	GE ヘルスケア	2台	OR8/OR9
コンパクトエアウェイモジュール	GE ヘルスケア	6台	麻酔器搭載
ファビウスTiro	ドレーゲル	3台	手術室
アポロ	ドレーゲル	3台	OR4/OR5/OR7
PerseusA500	ドレーゲル	1台	OR2
Atlan A300	ドレーゲル	2台	OR3/OR12