

仕様書

1. 対象装置

サクラ精機株式会社製 低温滅菌装置 (V-PRO1)

2. 作業内容

(1) 交換部品

- ・クウアツ バルブ99G1685
- ・コネクター

(2) 作業終了後、調整・動作確認を行い、作業に関する報告書を財務経理部施設設備係へ提出する。

(3) その他の事項については、担当職員の指示によるものとする。

以上